

عنوان آزمایش : Cyclosporine -ECLIA  
عنوان دستگاه : e411  
سری ساخت : ۸۰۴۴۳۵  
عنوان کنترل : perci con-1  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۱/۰۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶,۲۰۴	۶,۸۴۷	۸۹,۸۱۷	۹۶,۶۶۴	۱۰۳,۵۱۱	۱۱۰,۳۵۸	۱۱۷,۲۰۵	۱۲۴,۰۵۲	۱۳۰,۸۹۹

مقدار	تاریخ
۱۰۳,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۱۱۶,۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۹۸,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۸

CV%: 7.612	SD: 8.255	Mean: 108.45
------------	-----------	--------------

