

عنوان کنترل : abbot-3  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۹/۲۷

عنوان آزمایش : DHEA SO4  
عنوان دستگاه : abbot  
سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۸۱۲	۹,۲۹۲	۴۸۴,۷۹۱	۴۹۴,۰۸۳	۵۰۳,۳۷۵	۵۱۲,۶۶۷	۵۲۱,۹۵۹	۵۳۱,۲۵۱	۵۴۰,۵۴۳

مقدار	تاریخ
۵۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۵۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۵۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۵۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۵۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۵۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۵۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۵۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۵۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۵۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۵۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۵۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۵۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۵۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۵۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۵۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۵۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۵۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۵۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۵۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۵۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۵۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۵۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۵۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰

CV%: 1.209	SD: 6.201	Mean: 512.75
------------	-----------	--------------

