

عنوان کنترل : abbot-3  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۹/۲۷

عنوان آزمایش : DHEA SO4  
عنوان دستگاه : abbot  
سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۶۹۳	۸,۶۱۲	۴۸۲,۹۶۴	۴۹۱,۵۷۶	۵۰۰,۱۸۸	۵۰۸,۸	۵۱۷,۴۱۲	۵۲۶,۰۲۴	۵۳۴,۶۳۶

مقدار	تاریخ
۵۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۴۹۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۵۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۵۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۵۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۴۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۵۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۵۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۴۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۵۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۵۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۵۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۴۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 1.864	SD: 9.421	Mean: 505.385
------------	-----------	---------------

