

demeditec Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

DHT : عنوان آزمایش :  
الایزایدر : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : KH013۸۰۱


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۵,۷۴۵	۳۰,۷۱۸	۴۴۲,۵۷۹	۴۷۳,۲۹۷	۵۰۴,۰۱۵	۵۳۴,۷۳۳	۵۶۵,۴۵۱	۵۹۶,۱۶۹	۶۲۶,۸۸۷

مقدار	تاریخ
۵۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۵۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۵۳۴,۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۵۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۵۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۵۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۵۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۵۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۵۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۵۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۵۶۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۵۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۵۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 2.368	SD: 12.68	Mean: 535.362
------------	-----------	---------------



demeditec Low : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

DHT : عنوان آزمایش :  
الایزایدر : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : KH013۸۰۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۹۳۵	۲,۶۴۴	۵۹,۲۶۸	۶۱,۹۱۲	۶۴,۵۵۶	۶۷,۲	۶۹,۸۴۴	۷۲,۴۸۸	۷۵,۱۳۲

مقدار	تاریخ
۶۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۶۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۶۷,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۶۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۶۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۶۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۲

CV%: 1.828	SD: 1.221	Mean: 66.767
------------	-----------	--------------

