

demeditec Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

DHT : عنوان آزمایش :
الایزایدر : عنوان دستگاه :
سری ساخت : KH013۸۰۱


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۱۰۶	۲۲,۰۷۴	۴۷۱,۳۳۵	۴۹۳,۴۰۹	۵۱۵,۴۸۳	۵۳۷,۵۵۷	۵۵۹,۶۳۱	۵۸۱,۷۰۵	۶۰۳,۷۷۹

مقدار	تاریخ
۵۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۵۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۵۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۵۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۵۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۵۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۵۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۵۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۵۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۵۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۵۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۵۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۵۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۶

CV%: 1.976	SD: 10.629	Mean: 537.846
------------	------------	---------------



demeditec Low : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

DHT : عنوان آزمایش :
الایزایدر : عنوان دستگاه :
سری ساخت : KH013۸۰۱

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۸۲	۱,۸۸۴	۶۱,۱۵۵	۶۳,۰۳۹	۶۴,۹۲۳	۶۶,۸۰۷	۶۸,۶۹۱	۷۰,۵۷۵	۷۲,۴۵۹

مقدار	تاریخ
۶۵,۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۶۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۶۵,۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۶۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۶۵,۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۶۷,۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۶۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۶۶,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۶۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۶۸,۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۶۶,۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۶

CV%: 1.475	SD: 0.984	Mean: 66.692
------------	-----------	--------------

