

demeditec Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

DHT : عنوان آزمایش :
الایزاریدر : عنوان دستگاه :
سری ساخت : KH013۸۰۱


| %CV | SD | SD ^{۳-} | SD ^{۲-} | SD ^{۱-} | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱,۸۹۷ | ۱۰,۱۷ | ۵۰۵,۶۸ | ۵۱۵,۸۵ | ۵۲۶,۰۲ | ۵۳۶,۱۹ | ۵۴۶,۳۶ | ۵۵۶,۵۳ | ۵۶۶,۷ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۵۴۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۵۳۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۵۴۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |

| | | |
|------------|-----------|---------------|
| CV%: 1.325 | SD: 7.135 | Mean: 538.286 |
|------------|-----------|---------------|



demeditec Low : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

DHT : عنوان آزمایش :
الایزاریدر : عنوان دستگاه :
سری ساخت : KH013۸۰۱

| %CV | SD | SD ^{۳-} | SD ^{۲-} | SD ^{۱-} | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱,۴۸۲ | ۰,۹۸۹ | ۶۳,۸۰۳ | ۶۴,۷۹۲ | ۶۵,۷۸۱ | ۶۶,۷۷ | ۶۷,۷۵۹ | ۶۸,۷۴۸ | ۶۹,۷۳۷ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۶۶,۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
| ۶۷,۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۶۶,۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |

| | | |
|------------|-----------|------------|
| CV%: 1.139 | SD: 0.759 | Mean: 66.7 |
|------------|-----------|------------|

