

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

سری ساخت : GN 325

Direct bilirubin : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۸۷۵	۰,۰۲۸	۰,۶۵۱	۰,۶۷۹	۰,۷۰۷	۰,۷۳۵	۰,۷۶۳	۰,۷۹۱	۰,۸۱۹

مقدار	تاریخ
۰,۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۴
۰,۷۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۰,۷۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۰,۷۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۰,۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۰,۷۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۰,۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۰,۷۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۰,۷۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۰,۷۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۰,۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۰,۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۷
۰,۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۰,۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۰,۷۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۰,۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۰,۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۰,۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۰,۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۰,۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۳
۰,۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۰,۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۰,۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۰,۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۰,۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۰,۷۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۰,۷۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 2.109	SD: 0.015	Mean: 0.727
------------	-----------	-------------

