

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

سری ساخت : GN 325

Direct bilirubin : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۱۱۸	۰,۰۱۵	۰,۶۸۲	۰,۶۹۷	۰,۷۱۲	۰,۷۲۷	۰,۷۴۲	۰,۷۵۷	۰,۷۷۲

مقدار	تاریخ
۰,۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۰,۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۰,۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۰,۷۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۰,۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۰,۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۰,۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۲

مقدار	تاریخ
۰,۷۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۱
۰,۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۰,۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۰,۷۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۰,۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۵

CV%: 2.007	SD: 0.014	Mean: 0.719
------------	-----------	-------------



Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت : GN625

Direct bilirubin : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۹۶	۰,۰۷۳	۰,۵۱۱	۰,۵۸۴	۰,۶۵۷	۰,۷۳	۰,۸۰۳	۰,۸۷۶	۰,۹۴۹

مقدار	تاریخ
۰,۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۰,۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۰,۶۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۰,۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۰,۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۰,۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

CV%: 5.411	SD: 0.039	Mean: 0.73
------------	-----------	------------

