

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت : GN625

Direct bilirubin : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۶۰۹	۰,۰۳۴	۰,۶۳۹	۰,۶۷۳	۰,۷۰۷	۰,۷۴۱	۰,۷۷۵	۰,۸۰۹	۰,۸۴۳

مقدار	تاریخ
۰,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۰,۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۰,۷۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۰,۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۰,۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۰,۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۰,۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۰,۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۰,۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۰,۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۰,۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۰,۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۰,۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۰,۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۰,۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۰,۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۰,۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۰,۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۰,۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 4.396	SD: 0.033	Mean: 0.744
------------	-----------	-------------



Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت : GP N025

Direct bilirubin : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۶۶	۰,۱۰۷	۱,۲۸۳	۱,۳۹	۱,۴۹۷	۱,۶۰۴	۱,۷۱۱	۱,۸۱۸	۱,۹۲۵

مقدار	تاریخ
۱,۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۱,۷۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۱,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۱,۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۱,۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱,۵۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱,۶۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱,۶۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۱,۶۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۱,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۱,۴۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱,۶۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱,۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۱,۵۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۱,۴۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۱,۶۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱,۶۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱,۶۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 6.172	SD: 0.1	Mean: 1.626
------------	---------	-------------

