

Premium Plus II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۹/۱۳

Estradiol : عنوان آزمایش :
لیازون : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۴۶۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴	۶,۴۴۶	۱۴۱,۷۹۵	۱۴۸,۲۴۱	۱۵۴,۶۸۷	۱۶۱,۱۳۳	۱۶۷,۵۷۹	۱۷۴,۰۲۵	۱۸۰,۴۷۱

مقدار	تاریخ
۱۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۱۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۱۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۱۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۱۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۱۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۱۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۱۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۱۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۱۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۱۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۱۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۱۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۰

CV%: 2.374	SD: 3.831	Mean: 161.375
------------	-----------	---------------

