

Premium Plus II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۹/۱۳

Estradiol : عنوان آزمایش :
لیازون : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۴۶۳


| %CV | SD | SD ^۳ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۲,۵۵۵ | ۴,۱۵ | ۱۴۹,۹۸۳ | ۱۵۴,۱۳۳ | ۱۵۸,۲۸۳ | ۱۶۲,۴۳۳ | ۱۶۶,۵۸۳ | ۱۷۰,۷۳۳ | ۱۷۴,۸۸۳ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |

| | | |
|------------|-----------|---------------|
| CV%: 2.482 | SD: 4.083 | Mean: 164.545 |
|------------|-----------|---------------|



Universal I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۱۴

Estradiol : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

| %CV | SD | SD ^{۳-} | SD ^{۲-} | SD ^{۱-} | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|------|-------|------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱۰,۶ | ۹,۲۱۷ | ۶۴,۶۹۹ | ۷۳,۹۱۶ | ۸۳,۱۳۳ | ۹۲,۳۵ | ۱۰۱,۵۶۷ | ۱۱۰,۷۸۴ | ۱۲۰,۰۰۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |

| | | |
|------------|-----------|--------------|
| CV%: 7.075 | SD: 6.764 | Mean: 95.615 |
|------------|-----------|--------------|

