

Universal I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۱۴

Estradiol : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۱۷۲	۵,۹۱۲	۷۸,۰۵۳	۸۳,۹۶۵	۸۹,۸۷۷	۹۵,۷۸۹	۱۰۱,۷۰۱	۱۰۷,۶۱۳	۱۱۳,۵۲۵

مقدار	تاریخ
۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

مقدار	تاریخ
۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵

مقدار	تاریخ
۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۳

CV%: 4.129	SD: 3.971	Mean: 96.167
------------	-----------	--------------



ABBOTT-3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۰۹

عنوان آزمایش : Estradiol
عنوان دستگاه : ABBOTT
سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۳	۲۴,۸۳۳	۲۹۹,۰۰۱	۳۲۳,۸۳۴	۳۴۸,۶۶۷	۳۷۳,۵	۳۹۸,۳۳۳	۴۲۳,۱۶۶	۴۴۷,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۳۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۳۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۱
۳۸۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۳۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۳۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

CV%: 5.296	SD: 19.152	Mean: 361.6
------------	------------	-------------

