

ABBOTT-3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۰۹

عنوان آزمایش : Estradiol
عنوان دستگاه : ABBOTT
سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۰۹۵	۱۷,۹۱۸	۲۹۷,۹۱۳	۳۱۵,۸۳۱	۳۳۳,۷۴۹	۳۵۱,۶۶۷	۳۶۹,۵۸۵	۳۸۷,۵۰۳	۴۰۵,۴۲۱

مقدار	تاریخ
۳۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۳۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۳۴۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۵۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۳۷۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۳۳۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۳۳۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۳۴۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۳۷۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۳۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۳۳۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۳۳۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۳۵۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 4.773	SD: 16.602	Mean: 347.846
------------	------------	---------------

