

UNIVERSAL I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

FSH : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۳۶۷۵۴


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۰۲۴	۰,۹	۱۹,۶۷	۲۰,۵۷	۲۱,۴۷	۲۲,۳۷	۲۳,۲۷	۲۴,۱۷	۲۵,۰۷

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۲۲,۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۸

مقدار	تاریخ
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۲۳,۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۰

مقدار	تاریخ
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 3.876	SD: 0.869	Mean: 22.414
------------	-----------	--------------



عنوان کنترل : abbot-3

شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰

عنوان آزمایش : FSH

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۳	۲,۵	۳۰,۱	۳۲,۶	۳۵,۱	۳۷,۶	۴۰,۱	۴۲,۶	۴۵,۱

مقدار	تاریخ
۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۴

مقدار	تاریخ
۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۲

مقدار	تاریخ
۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

CV%: 5.891	SD: 2.168	Mean: 36.8
------------	-----------	------------

