

عنوان کنترل : abbot-3
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

عنوان آزمایش : FSH
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۳۱	۱,۵۹۸	۳۲,۲۸۳	۳۳,۸۸۱	۳۵,۴۷۹	۳۷,۰۷۷	۳۸,۶۷۵	۴۰,۲۷۳	۴۱,۸۷۱

مقدار	تاریخ
۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۱
۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۶

CV%: 4.051	SD: 1.542	Mean: 38.071
------------	-----------	--------------

