

abbott-3 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

FSH : عنوان آزمایش :  
عنوان دستگاه : abbot  
سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰

| %CV   | SD    | SD <sup>۳</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۳</sup> |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۳,۸۸۸ | ۱,۴۸۹ | ۳۳,۸۳۳            | ۳۵,۳۲۲            | ۳۶,۸۱۱            | ۳۸,۳ | ۳۹,۷۸۹          | ۴۱,۲۷۸          | ۴۲,۷۶۷          |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۳۹    | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
| ۳۸    | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
| ۴۱    | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۳۷    | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
| ۳۸    | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
| ۳۷    | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
| ۴۰    | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
| ۳۹    | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۴۰    | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
| ۳۷    | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
| ۴۰    | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
| ۴۰    | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
| ۳۹    | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |

|            |           |              |
|------------|-----------|--------------|
| CV%: 3.461 | SD: 1.345 | Mean: 38.846 |
|------------|-----------|--------------|

