

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

سری ساخت : GN225

Fasting Blood Sugar : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۱۷۱	۱,۲۱۷	۱۰۰,۳۱۶	۱۰۱,۵۳۳	۱۰۲,۷۵	۱۰۳,۹۶۷	۱۰۵,۱۸۴	۱۰۶,۴۰۱	۱۰۷,۶۱۸

مقدار	تاریخ
۱۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۱۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۱۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰

مقدار	تاریخ
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۱۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۵

CV%: 1.098	SD: 1.141	Mean: 103.929
------------	-----------	---------------



Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

سری ساخت : GN 325

Fasting Blood Sugar : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۵,۶۶۷	۸۷,۹۹۹	۹۳,۶۶۶	۹۹,۳۳۳	۱۰۵	۱۱۰,۶۶۷	۱۱۶,۳۳۴	۱۲۲,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۹
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

CV%: 1.038	SD: 1.092	Mean: 105.231
------------	-----------	---------------

