

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

سری ساخت : GP425

Fasting Blood Sugar : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۸۴۲	۴,۴۶۵	۲۲۹,۰۰۵	۲۳۳,۴۷	۲۳۷,۹۳۵	۲۴۲,۴	۲۴۶,۸۶۵	۲۵۱,۳۳	۲۵۵,۷۹۵

مقدار	تاریخ
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴
۲۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۲۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۲۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۲۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۲۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۲۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۲۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۲۴۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۲۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۷
۲۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۲۴۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۲۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۲۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۲۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۲۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۲۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۳
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۲۴۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 1.603	SD: 3.887	Mean: 242.481
------------	-----------	---------------

