

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

سری ساخت : GP425

Fasting Blood Sugar : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۴۵	۳,۵۳۵	۲۳۳,۰۹۵	۲۳۶,۶۳	۲۴۰,۱۶۵	۲۴۳,۷	۲۴۷,۲۳۵	۲۵۰,۷۷	۲۵۴,۳۰۵

مقدار	تاریخ
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۲۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۲۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۲۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۲۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۲۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۱

مقدار	تاریخ
۲۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۱
۲۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۲۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۲۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۵

CV%: 1.662	SD: 4.049	Mean: 243.692
------------	-----------	---------------



Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت : GP N025

Fasting Blood Sugar : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۷۱	۱۲,۳۳۳	۲۰۱,۰۰۱	۲۱۳,۳۳۴	۲۲۵,۶۶۷	۲۳۸	۲۵۰,۳۳۳	۲۶۲,۶۶۶	۲۷۴,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۲۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۲۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

CV%: 3.247	SD: 7.685	Mean: 236.667
------------	-----------	---------------

