

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت : GP N025

Fasting Blood Sugar : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۵۰۹	۵,۷۸۱	۲۱۳,۰۹۷	۲۱۸,۸۷۸	۲۲۴,۶۵۹	۲۳۰,۴۴	۲۳۶,۲۲۱	۲۴۲,۰۰۲	۲۴۷,۷۸۳

مقدار	تاریخ
۲۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۲۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۲۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۲۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۲۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۲۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۲۳۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۲۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۲۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۲۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۲۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۲۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۲۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۲۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۲۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۲۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۲۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 1.462	SD: 3.339	Mean: 228.474
------------	-----------	---------------



Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

سری ساخت : GN625

Fasting Blood Sugar : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۲۱۴	۱,۲۹۴	۱۰۲,۶۷۸	۱۰۳,۹۷۲	۱۰۵,۲۶۶	۱۰۶,۵۶	۱۰۷,۸۵۴	۱۰۹,۱۴۸	۱۱۰,۴۴۲

مقدار	تاریخ
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 1.139	SD: 1.212	Mean: 106.368
------------	-----------	---------------

