

Varia I : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

Folic Acid : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۶۲۷۵۷

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۷۹۴	۰,۲۶۳	۳,۰۷۵	۳,۳۳۸	۳,۶۰۱	۳,۸۶۴	۴,۱۲۷	۴,۳۹	۴,۶۵۳

مقدار	تاریخ
۴,۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۳,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۷
۳,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۳,۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۳,۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۳,۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۳,۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۳,۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۴,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۴,۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۴,۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۳,۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۴,۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۴,۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۴,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۳,۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۱

CV%: 6.277	SD: 0.248	Mean: 3.958
------------	-----------	-------------

