

Varia I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۶/۰۱

Folic Acid : عنوان آزمایش :  
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۶۶۲۷۵۷

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶,۵۹	۰,۲۵۷	۳,۱۲۶	۳,۳۸۳	۳,۶۴	۳,۸۹۷	۴,۱۵۴	۴,۴۱۱	۴,۶۶۸

مقدار	تاریخ
۳,۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۴,۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۳,۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۴,۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۳,۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۴,۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۴,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۳,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۴,۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۳,۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۳,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۴,۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۲

CV%: 5.435	SD: 0.217	Mean: 3.987
------------	-----------	-------------

