

maternal control I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

MS۸۱۴۴ : سری ساخت



(Estriol (Free : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :

مقدار	تاریخ
۰,۵۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۰,۵۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۰,۵۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۰,۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۰,۶۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۰,۵۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۰,۶	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۰,۵۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۰,۵۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۰,۵۸۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۰,۵۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۰,۵۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۰,۵۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۰,۵۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۰,۵۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۰,۵۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۰,۵۸۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۰,۴۸۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۰,۵۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۰,۴۸۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۰,۵۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۰,۵۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۰,۵۸۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 6.318	SD: 0.034	Mean: 0.546
------------	-----------	-------------



maternal control I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

MS۸۱۴۴ : سری ساخت

(Estriol (Free : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :

مقدار	تاریخ
۰,۵۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۰,۵۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۰,۵۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۰,۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۰,۶۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۰,۵۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۰,۶	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۰,۵۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۰,۵۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۰,۵۸۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۰,۵۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۰,۵۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۰,۵۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۰,۵۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۰,۵۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۰,۵۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۰,۵۸۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۰,۴۸۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۰,۵۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۰,۴۸۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۰,۵۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۰,۵۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۰,۵۸۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 6.318	SD: 0.034	Mean: 0.546
------------	-----------	-------------

