

maternal control I : عنوان کنترل : عنوان آزمایش : (Estriol (Free :  
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ : سری ساخت : MS۸۱۴۴ : simense : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۵,۸۳۳	۰,۰۳۲	۰,۴۴۵	۰,۴۷۷	۰,۵۰۹	۰,۵۴۱	۰,۵۷۳	۰,۶۰۵	۰,۶۳۷

مقدار	تاریخ
۰,۶۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۰,۴۹۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۰,۵۵۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۰,۵۶۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۰,۵۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۰,۵۷۶	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۰,۵۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۰,۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۰,۵۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۰,۶۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۰,۵۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۰,۵۶۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۰,۵۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۰,۵۷۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۰,۵۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۰,۵۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۰,۵۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۰,۵۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۰,۵۸۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۰,۵۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۰,۵۶۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۰,۵۳۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲

CV%: 5.028	SD: 0.028	Mean: 0.555
------------	-----------	-------------



Maternal Control II : عنوان کنترل : عنوان آزمایش : (Estriol (Free :  
 شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ : سری ساخت : MS۸۳۷۴ : simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۷۲۲	۰,۰۹۷	۱,۷۶۶	۱,۸۶۳	۱,۹۶	۲,۰۵۷	۲,۱۵۴	۲,۲۵۱	۲,۳۴۸

مقدار	تاریخ
۲,۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۲,۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۱,۹۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۲,۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۲,۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۲,۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲,۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۲,۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۲,۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۲,۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۲,۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۲,۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۱,۹۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۲,۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۱,۹۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۲,۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۲,۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۱,۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۲,۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۲,۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۲,۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۲,۰۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲

CV%: 3.885	SD: 0.081	Mean: 2.095
------------	-----------	-------------

