

maternal control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

MS۸۱۴۴ : سری ساخت


(Estriol (Free : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

مقدار	تاریخ
۰,۵۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۰,۵۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۰,۵۶۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۰,۵۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۰,۵۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۰,۵۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۰
۰,۵۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۰,۵۶۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۰,۵۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۰,۵۷۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۰,۵۵۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۰,۵۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۰,۵۷۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۰,۵۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۰,۵۷۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۰,۵۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 3.583	SD: 0.02	Mean: 0.551
------------	----------	-------------



عنوان آزمایش : (Estril (Free
عنوان دستگاه : simense
سری ساخت : MS۸۳۷۴
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۱,۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۲,۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۲,۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۲,۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۲,۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۲,۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۰
۲,۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۲,۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۲,۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۲,۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۲,۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۲,۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۲,۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۲,۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۲,۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۱,۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 3.728	SD: 0.079	Mean: 2.116
------------	-----------	-------------

