

عنوان کنترل : abbot-III  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۹/۲۷

عنوان آزمایش : Free PSA  
عنوان دستگاه : abbot  
سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۱,۰۴۶	۰,۷۳۷	۴,۴۶۳	۵,۲	۵,۹۳۷	۶,۶۷۴	۷,۴۱۱	۸,۱۴۸	۸,۸۸۵

مقدار	تاریخ
۶,۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۷,۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۶,۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۶,۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۶,۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۷,۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۶,۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۶,۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۶,۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۵,۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۶,۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۶,۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۶,۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۶,۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۷,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۷,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۷,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۰

CV%: 8.007	SD: 0.519	Mean: 6.487
------------	-----------	-------------

