

عنوان کنترل : abbot-III
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۹/۲۷

عنوان آزمایش : Free PSA
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۶,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۷,۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۶,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۶,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۶,۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۶,۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۶,۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۶,۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۶,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۶,۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۶,۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۶,۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۶,۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
		۶,۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۶,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
		۶,۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۶,۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
		۶,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۶,۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
CV%: 4.677		SD: 0.31		Mean: 6.638	

