

عنوان کنترل : abbot-III  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۹/۲۷

سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰

عنوان آزمایش : Free PSA  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۵,۰۱۱	۰,۳۳۱	۵,۶۱۴	۵,۹۴۵	۶,۲۷۶	۶,۶۰۷	۶,۹۳۸	۷,۲۶۹	۷,۶

مقدار	تاریخ
۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۶,۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۱
۶,۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۶,۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۶,۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۶,۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۶,۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۶,۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۶,۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۶,۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۶,۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۶,۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۶,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۶,۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۶

CV%: 4.432	SD: 0.289	Mean: 6.529
------------	-----------	-------------

