

عنوان کنترل : abbot-III  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۹/۲۷

سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰

عنوان آزمایش : Free PSA  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۵۳۶	۰,۳	۵,۷۱	۶,۰۱	۶,۳۱	۶,۶۱	۶,۹۱	۷,۲۱	۷,۵۱

مقدار	تاریخ
۷,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۶,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۷,۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۶,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۶,۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۶,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۶,۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۶,۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۶,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۶,۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۶,۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۶,۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 4.729	SD: 0.315	Mean: 6.662
------------	-----------	-------------

