

UNIVERSAL II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

Free T3 : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۸۹۹۶۶

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۸۵۲	۰,۷۶۲	۱۳,۴۱۸	۱۴,۱۸	۱۴,۹۴۲	۱۵,۷۰۴	۱۶,۴۶۶	۱۷,۲۲۸	۱۷,۹۹

مقدار	تاریخ
۱۶,۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۱۴,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۷
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۱۵,۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۴,۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۵,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۱۵,۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۱۵,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۱۵,۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۱۵,۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۴,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۱۶,۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۱۵,۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱۴,۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۱۴,۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۱۶,۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۱

CV%: 4.076	SD: 0.633	Mean: 15.536
------------	-----------	--------------

