

UNIVERSAL I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

Free T3 : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۸۹۹۶۴


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۳۸۵	۰,۲۰۸	۳,۲۳۷	۳,۴۴۵	۳,۶۵۳	۳,۸۶۱	۴,۰۶۹	۴,۲۷۷	۴,۴۸۵

مقدار	تاریخ
۳,۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۵
۳,۸۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۳,۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۳,۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۳,۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۳,۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۳,۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴

CV%: 3.993	SD: 0.151	Mean: 3.793
------------	-----------	-------------



UNIVERSAL II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۱۵

Free T3 : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۸۹۹۶۶

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۹۲	۰,۶۰۵	۱۳,۶۲۴	۱۴,۲۲۹	۱۴,۸۳۴	۱۵,۴۳۹	۱۶,۰۴۴	۱۶,۶۴۹	۱۷,۲۵۴

مقدار	تاریخ
۱۴,۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۵
۱۵,۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۴,۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۱۵,۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۱۴,۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۵,۶۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۱۴,۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۱۵,۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۴

CV%: 4.007	SD: 0.605	Mean: 15.109
------------	-----------	--------------

