

عنوان کنترل : Universal LOW
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

عنوان آزمایش : Free T4
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۳۱۱	۰,۰۵۵	۱,۱۰۵	۱,۱۶	۱,۲۱۵	۱,۲۷	۱,۳۲۵	۱,۳۸	۱,۴۳۵

مقدار	تاریخ
۱,۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۱,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۷
۱,۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۱,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۱,۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۱,۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۱,۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۱,۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۱,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۱,۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۱,۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۱,۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱,۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۱,۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۱,۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۱

CV%: 3.351	SD: 0.043	Mean: 1.284
------------	-----------	-------------

