

Universal HIGH : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

Free T4 : عنوان آزمایش :  
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۱۶۲۳۱۱۹


%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۲۸۲	۰,۱۱۹	۲,۴۱۳	۲,۵۳۲	۲,۶۵۱	۲,۷۷	۲,۸۸۹	۳,۰۰۸	۳,۱۲۷

مقدار	تاریخ
۲,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۲,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۲,۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۲,۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۲,۷	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲,۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۲,۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۲,۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۲,۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۲,۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۲,۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۲,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۲,۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۲,۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۲,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۲,۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 4.23	SD: 0.117	Mean: 2.765
-----------	-----------	-------------



عنوان کنترل : Universal LOW  
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

عنوان آزمایش : Free T4  
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰  
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۱۱۴	۰,۰۵۳	۱,۱۲۳	۱,۱۷۶	۱,۲۲۹	۱,۲۸۲	۱,۳۳۵	۱,۳۸۸	۱,۴۴۱

مقدار	تاریخ
۱,۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۱,۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۱,۳	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱,۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۱,۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱,۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۱,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۱,۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱,۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۱,۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۱,۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۱,۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۱,۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۱,۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲

CV%: 4.452	SD: 0.056	Mean: 1.265
------------	-----------	-------------

