

Universal HIGH : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

Free T4 : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۶۲۶	۰,۱۲۸	۲,۳۷۳	۲,۵۰۱	۲,۶۲۹	۲,۷۵۷	۲,۸۸۵	۳,۰۱۳	۳,۱۴۱

مقدار	تاریخ
۲,۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۵
۲,۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۲,۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۲,۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۲,۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۲,۷۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۲,۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۲,۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۴

CV%: 5.163	SD: 0.139	Mean: 2.689
------------	-----------	-------------



عنوان کنترل : Universal LOW
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

عنوان آزمایش : Free T4
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۹۴۲	۰,۰۵	۱,۱۲۳	۱,۱۷۳	۱,۲۲۳	۱,۲۷۳	۱,۳۲۳	۱,۳۷۳	۱,۴۲۳

مقدار	تاریخ
۱,۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۵
۱,۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱,۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۱,۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۱,۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۳

مقدار	تاریخ
۱,۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۱,۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۱,۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۴

CV%: 3.909	SD: 0.05	Mean: 1.271
------------	----------	-------------

