

Universal HIGH : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱

Free T4 : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۸۶۸	۰,۱۳۲	۲,۳۲۱	۲,۴۵۳	۲,۵۸۵	۲,۷۱۷	۲,۸۴۹	۲,۹۸۱	۳,۱۱۳

مقدار	تاریخ
۲,۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۲,۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۲,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۲,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۲,۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۲,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۲,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۲,۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۲,۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۲,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۲,۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۲,۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 4.723	SD: 0.127	Mean: 2.683
------------	-----------	-------------

