

عنوان کنترل : Hight کنترل
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۲/۱۱

سری ساخت: T55L2D5

عنوان آزمایش : Free Testosterone
عنوان دستگاه : الیزابدر


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۹۱۲	۰,۸۰۵	۱۸,۱۴۸	۱۸,۹۵۳	۱۹,۷۵۸	۲۰,۵۶۳	۲۱,۳۶۸	۲۲,۱۷۳	۲۲,۹۷۸

مقدار	تاریخ
۲۰,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۲۱,۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۱,۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۱۹,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۲۰,۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۹,۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۲۰,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۱۹,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۱۹,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۸

CV%: 3.573	SD: 0.728	Mean: 20.36
------------	-----------	-------------



عنوان کنترل : کنترل Low
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۲/۱۱

سری ساخت : T55L2D5

عنوان آزمایش : Free Testosterone
عنوان دستگاه : الیزابدر

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۹,۸۳۱	۰,۱۱۱	۰,۷۹۵	۰,۹۰۶	۱,۰۱۷	۱,۱۲۸	۱,۲۳۹	۱,۳۵	۱,۴۶۱

مقدار	تاریخ
۱,۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۱,۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۱,۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۱,۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۱,۰۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۰,۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۱,۰۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱,۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۰,۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۸

CV%: 7.609	SD: 0.082	Mean: 1.078
------------	-----------	-------------

