

عنوان کنترل : Hight کنترل  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۲/۱۱

سری ساخت : T55L2D5

عنوان آزمایش : Free Testosterone  
عنوان دستگاه : الیزابدر

| %CV   | SD    | SD <sup>۳-</sup> | SD <sup>۲-</sup> | SD <sup>۱-</sup> | MEAN   | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۳</sup> |
|-------|-------|------------------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۳,۵۵۱ | ۰,۷۲۷ | ۱۸,۳۰۲           | ۱۹,۰۲۹           | ۱۹,۷۵۶           | ۲۰,۴۸۳ | ۲۱,۲۱           | ۲۱,۹۳۷          | ۲۲,۶۶۴          |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱۹,۹۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۲۰,۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
| ۱۹,۹۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
| ۲۰,۶۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ |
| ۲۰,۹۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱۹,۷  | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
| ۲۱    | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
| ۲۰,۱  | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
| ۱۹,۸۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |

|            |           |             |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 2.431 | SD: 0.493 | Mean: 20.27 |
|------------|-----------|-------------|

