

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

Gamma GT : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP425

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۹۹	۵,۸۴۴	۱۷۷,۹۶۸	۱۸۳,۸۱۲	۱۸۹,۶۵۶	۱۹۵,۵	۲۰۱,۳۴۴	۲۰۷,۱۸۸	۲۱۳,۰۳۲

مقدار	تاریخ
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۴
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۱۹۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۱۹۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۱۸۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۷
۱۸۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۱۹۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱۹۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۳
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 1.724	SD: 3.351	Mean: 194.333
------------	-----------	---------------

