

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

Gamma GT : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP425


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۰۹۳	۴,۰۸۱	۱۸۲,۷۲۴	۱۸۶,۸۰۵	۱۹۰,۸۸۶	۱۹۴,۹۶۷	۱۹۹,۰۴۸	۲۰۳,۱۲۹	۲۰۷,۲۱

مقدار	تاریخ
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۱۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۱

مقدار	تاریخ
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۱
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۱۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵

CV%: 2.09	SD: 4.111	Mean: 196.692
-----------	-----------	---------------



Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Gamma GT : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN625

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۰۶	۲,۳۳۳	۳۲,۰۰۱	۳۴,۳۳۴	۳۶,۶۶۷	۳۹	۴۱,۳۳۳	۴۳,۶۶۶	۴۵,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

CV%: 4.09	SD: 1.602	Mean: 39.167
-----------	-----------	--------------

