

عنوان آزمایش : (H.Pylori (IgA
عنوان دستگاه : الیزاریدر
سری ساخت : ۰۴۰۰۲
عنوان کنترل : عنوان کنترل : high
شروع کنترل : ۱۴۰۵/۰۱/۰۵

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۵	۴,۶۶۷	۳۴,۹۹۹	۳۹,۶۶۶	۴۴,۳۳۳	۴۹	۵۳,۶۶۷	۵۸,۳۳۴	۶۳,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۴۹,۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۵۲,۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۴۵,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۴۶,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۴۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۵۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۰

CV%: 6.894	SD: 3.33	Mean: 48.3
------------	----------	------------

