

عنوان آزمایش : (H.Pylori IgG)
عنوان دستگاه : الیزاریدر
سری ساخت : ۰۴۰۰۲
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۵/۰۱/۰۵

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۷	۳,۶۶۷	۳۲,۹۹۹	۳۶,۶۶۶	۴۰,۳۳۳	۴۴	۴۷,۶۶۷	۵۱,۳۳۴	۵۵,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۴۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۴۲,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۴۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۹,۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۴۵,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴

CV%: 6.773	SD: 3.045	Mean: 44.96
------------	-----------	-------------

