

Perci Control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۳/۲۷

سری ساخت: ۶۳۱۹۷۲
عنوان آزمایش: (HAV Ab (IgM
عنوان دستگاه: Cobas

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۸۶۹	۰,۰۲۲	۰,۲۰۸	۰,۲۳	۰,۲۵۲	۰,۲۷۴	۰,۲۹۶	۰,۳۱۸	۰,۳۴

مقدار	تاریخ
۰,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۰,۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۰,۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۰,۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۴

مقدار	تاریخ
۰,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۰,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳

CV%: 7.944	SD: 0.023	Mean: 0.283
------------	-----------	-------------

