

Control II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

عنوان آزمایش : (HAV Ab (IgM
عنوان دستگاه : لیازون
سری ساخت : ۶۰۳۰۴۶۰

مقدار	تاریخ
۲,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۲,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۲,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۳

CV%: 7.852	SD: 0.171	Mean: 2.175
------------	-----------	-------------

