

عنوان آزمایش : (HAV Ab(Total
عنوان دستگاه : لیازون
سری ساخت : ۶۰۰۰۴۰۰
عنوان کنترل : Diasorin
شروع کنترل : ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۲,۶۹۱	۰,۰۵۱	۰,۲۴۹	۰,۳	۰,۳۵۱	۰,۴۰۲	۰,۴۵۳	۰,۵۰۴	۰,۵۵۵

مقدار	تاریخ
۰,۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۸

مقدار	تاریخ
۰,۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۰,۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۰,۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۰,۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۰,۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۰,۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۷

CV%: 9.455	SD: 0.039	Mean: 0.413
------------	-----------	-------------

