

Perci Control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۳/۲۷

سری ساخت: ۶۸۷۱۸۰
عنوان آزمایش: (HAV Ab(Total
عنوان دستگاه: Cobas E411

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۳۳	۰,۰۰۴	۱,۲۶۲	۱,۲۶۶	۱,۲۷	۱,۲۷۴	۱,۲۷۸	۱,۲۸۲	۱,۲۸۶

مقدار	تاریخ
۱,۲۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱,۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱,۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱,۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۳

CV%: 0.431	SD: 0.006	Mean: 1.275
------------	-----------	-------------

