

Cut Of : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۸/۰۴

سری ساخت : PT۱۳۳۵۷۲۳

عنوان آزمایش : (HBcAb (Total: IgG/M/A  
عنوان دستگاه : الیزاریدر

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۰۹۷	۰,۰۷۶	۲,۲۳۷	۲,۳۱۳	۲,۳۸۹	۲,۴۶۵	۲,۵۴۱	۲,۶۱۷	۲,۶۹۳

مقدار	تاریخ
۲,۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۲,۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۲,۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۲,۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۲,۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۲,۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۲,۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۲,۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۲,۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۲,۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۲,۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴

مقدار	تاریخ
۲,۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۲,۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۲,۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۲,۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۲,۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۲,۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۲,۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۶

CV%: 2.713	SD: 0.067	Mean: 2.469
------------	-----------	-------------

