

Cut Of : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۸/۰۴

سری ساخت : PT۱۳۳۵۷۲۳

عنوان آزمایش : (HBcAb (Total: IgG/M/A
عنوان دستگاه : الایزایدر

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۸۳	۰,۰۷	۲,۲۶	۲,۳۳	۲,۴	۲,۴۷	۲,۵۴	۲,۶۱	۲,۶۸

مقدار	تاریخ
۲,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۲,۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۲,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۲,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۲,۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۲,۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۲,۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۲,۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۲,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۲,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۲,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۲,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۲,۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۲,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۲,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۲,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۲,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۲,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۲,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۲,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۲,۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 2.003	SD: 0.05	Mean: 2.48
------------	----------	------------

