

عنوان آزمایش : (HbAb (Total: IgG/M/A
عنوان دستگاه : الیزا ریدر
عنوان کنترل : ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
سری ساخت : PT۱۳۳۵۷۲۳


| %CV | SD | SD ^{۳-} | SD ^{۲-} | SD ^{۱-} | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱,۹۳۴ | ۰,۰۴۸ | ۲,۳۳۴ | ۲,۳۸۲ | ۲,۴۳ | ۲,۴۷۸ | ۲,۵۲۶ | ۲,۵۷۴ | ۲,۶۲۲ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲,۴۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
| ۲,۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲,۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
| ۲,۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
| ۲,۴۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲,۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
| ۲,۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
| ۲,۴۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |

| | | |
|------------|-----------|------------|
| CV%: 1.346 | SD: 0.033 | Mean: 2.48 |
|------------|-----------|------------|



عنوان آزمایش : (HBcAb (Total: IgG/M/A
عنوان دستگاه : Cobas
عنوان کنترل : Perci Control I
سری ساخت : ۶۵۴۰۱۲
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۳/۲۷

| %CV | SD | SD ^۳ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۰,۵۸ | ۰,۰۱۲ | ۱,۹۶۹ | ۱,۹۸۱ | ۱,۹۹۳ | ۲,۰۰۵ | ۲,۰۱۷ | ۲,۰۲۹ | ۲,۰۴۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲,۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ |
| ۱,۹۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
| ۲,۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ |

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 0.418 | SD: 0.008 | Mean: 2.002 |
|------------|-----------|-------------|

