

Cut Of : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۸/۰۴

عنوان آزمایش : (HBcAb (Total: IgG/M/A

الایزایدر

سری ساخت : PT۱۳۳۵۷۲۳

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۸۲۸	۰,۰۴۵	۲,۳۴۵	۲,۳۹	۲,۴۳۵	۲,۴۸	۲,۵۲۵	۲,۵۷	۲,۶۱۵

مقدار	تاریخ
۲,۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۲,۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۲,۴۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۲,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۲,۴۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۶
۲,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۲,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۲,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۲,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۲,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۲,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۲,۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۲

CV%: 1.75	SD: 0.043	Mean: 2.466
-----------	-----------	-------------

