

عنوان کنترل : perci con
شروع کنترول : ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

عنوان آزمایش : (HBcAb (IgM
عنوان دستگاه : e411
سری ساخت : ۶۰۸۸۲۱,۱


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۸۰۲	۰,۱۷۲	۲,۴۵۴	۲,۶۲۶	۲,۷۹۸	۲,۹۷	۳,۱۴۲	۳,۳۱۴	۳,۴۸۶

مقدار	تاریخ
۲,۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۲,۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۳,۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۲,۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۷

مقدار	تاریخ
۳,۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۲,۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۲,۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰

CV%: 6.867	SD: 0.194	Mean: 2.827
------------	-----------	-------------



عنوان آزمایش : (HbCAb (IgM
عنوان دستگاه : الیزابدر
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ سری ساخت : -
کنترل داخل کیت

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۰,۱۸۱	۰,۲۰۲	۱,۳۷۹	۱,۵۸۱	۱,۷۸۳	۱,۹۸۵	۲,۱۸۷	۲,۳۸۹	۲,۵۹۱

مقدار	تاریخ
۱,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۶

مقدار	تاریخ
۱,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۱,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۲,۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵

مقدار	تاریخ
۱,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۱,۶	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
۲,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱

CV%: 11.781	SD: 0.218	Mean: 1.85
-------------	-----------	------------

